


Tester kvality vody

Struktura pera TDS



Použití pera TDS


Tester TDS lze použít k ověření celkového množství rozpuštěných pevných látek ve vodě. Po čištění RO filtrem s reverzní osmózou může hladina TDS vody výrazně klesnout.

Co je TDS?

TDS je zkratka (Total Dissolved Solids), udává, kolik miligramů rozpuštěných pevných látek v jednom litru vody. Měrnou jednotkou je mg/litr (mg/l) nebo ppm. Zahrnuje hladinu minerálních solí, organických látek a nerozpustných velkých částic.

Výměna baterie

Odstaňte víčko bateriového článku, vyjměte staré baterie a vložte nové.



Záruka


Záruční servis je prováděn v souladu se zákonem o „ právech spotřebitelů“ a „ zákonem o jakosti výrobku“. Záruční servis zahrnuje:

Během záruční doby můžete zboží opravit, vyměnit nebo vrátit. Pro opravu, výměnu nebo vrácení zboží potřebujete fakturu.

1. Do 7 dnů od data nákupu, v případě nefunkčnosti zařízení nebo v případě problémů s jeho zařazením, které vznikly z důvodu konstrukce zařízení, jeho materiálové nebo konstrukční vady, servisní středisko Xiaomi určit

Použití pera TDS

1. Sejměte víčko elektrody, stiskněte tlačítko napájení, naplňte víčko vodou do 2/3.
2. Vložte elektrody testeru do uzávěru, jemně jej zatřeste do vody, aby se snížily vzduchové bubliny.
3. Počkejte asi 3 sekundy a na displeji se zobrazí hodnota, která představuje úroveň kvality vody.



XIAOMI-MI.COM

příčinu problému, pak si můžete vybrat bezplatnou výměnu produktu nebo vrácení peněz.

2. Do 8-15 dnů od data nákupu, v případě nefunkčnosti zařízení nebo v případě problémů s jeho zařazením, které vznikly z důvodu konstrukce zařízení, jeho materiálové nebo konstrukční vady, servisní středisko Xiaomi definuje problém, pak zvolíte bezplatnou výměnu nebo opravu zboží.

3. Do 12 měsíců od data nákupu, v případě nefunkčnosti zařízení nebo v případě problémů s jeho zařazením, které vznikly z důvodu konstrukce zařízení, jeho materiálové nebo konstrukční vady, servisní středisko Xiaomi definuje problém a pak máte opravu zdarma.

Poznámka: Bezplatná oprava není možná v případě nesprávného použití zařízení pádem, vlhkostí a jinými nepředvídatelnými okolnostmi, demontáží nebo úpravou konstrukce zařízení; nebo v případě poškození opravte nebo odstraňte štítek nebo sériové číslo zařízení.

Ukazatele kvality vody

TDS 25 ppm



jednotka měření

Číslo

TDS 1200 ppm



Vícenásobná hodnota

Poznámka: Pokud je hodnota TDS větší než 999násobek použitý vícenásobné hodnoty x10

Nízká úroveň	Relativně nízká úroveň	Nižší úroveň	Vyšší úroveň	Poměrně vysoká úroveň	Špinavá voda
0-50	50-100	101-300	301-600	600-1000	1000 +

Obecně platí, že čím nižší je hodnota TDS testeru, tím nižší je koncentrace celkových rozpuštěných pevných látek ve vodě, voda je čistší.

Po dokončení testování kvality vody osušte víčko testeru a elektrody. Zavřete víko a vypněte napájení.

Upozornění

1. Zabraňte přímému slunečnímu záření nebo dešti na zařízení, nenechávejte jej na místech s vysokou teplotou a vysokou vlhkostí.
2. Neupustte zařízení, aby nedošlo k poškození.
3. Neponořujte zařízení do vody, aby nedošlo k poškození.
4. Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte konstrukci zařízení sami.
5. Nehrajte si a děti by nemohly spolknout zařízení nebo jeho obal.
6. Z důvodu vaší bezpečnosti nevhazujte baterie do ohně.
7. Nedostatečná kapacita baterií ovlivňuje kvalitu jeho funkcí a přesnost měření, proto baterie včas vyměňte.
8. Toto zařízení nelze použít k měření kvality vody teplejší než 80°C.
9. Toto zařízení nedokáže přesně určit kvalitu protékající vody (která není uložena v žádné kapacitě).